



**ВНИИМС**

Федеральное бюджетное учреждение  
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”  
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 58

**СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № 000012**

Наименование, тип, заводской номер СИ Растровый электронный микроскоп  
Nova Nanolab 600, № D 0182

Наименование и ИНН заказчика НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ  
ИНН 6163027810

Место проведения калибровки НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка  
ГОСТ Р 8.636-2007 Микроскопы электронные растровые.

Методика калибровки

Условия проведения калибровки температура окружающей среды-20<sup>0</sup>С;  
относительная влажность-55%; атмосферное давление-760 мм.рт.ст.

Сведения об используемых при калибровке эталонах мера ширины и периода  
специальная МШПС-2.0К (свидетельство о поверке № 4811 от 20.09.2010г.)

Приложения к сертификату о калибровке протокол калибровки  
№ 015К от 19.09.2011г.

Дата проведения калибровки 19.09.2011г.

Инженер по метрологии 2-ой категории

Должность лица, выполнившего калибровку

Оттиск калибровочного клейма

Начальник сектора

Должность лица, утверждающего  
Сертификат о калибровке



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.В. Белов

инициалы, фамилия

С.В. Голосной

инициалы, фамилия



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008